Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011320\
Data File : BE101045.D
Acq On : 13 Jan 2020 19:26
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 14 09:58:34 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	1.020	1.014	0.6	99	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.556	0.372	33.1#	71	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.900	0.780	13.3	81	0.00
5	S	Phenol-d6	1.139	0.955	16.2	87	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.357	1.054	22.3	78	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	104	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.286	0.198	30.8#	81	0.00
9		Naphthalene	4.441	4.395	1.0	101	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.188	0.192	-2.1	102	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.763	0.757	0.8	103	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.672	0.629	6.4	99	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	103	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.113	0.075	33.6#	79	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.519	1.564	-3.0	104	-0.01
16		Acenaphthylene	1.629	1.336	18.0	93	0.00
17		Acenaphthene	1.166	1.169	-0.3	106	-0.01
18		Fluorene	1.474	1.442	2.2	102	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	103	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.195	0.178	8.7	99	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.214	0.216	-0.9	103	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.053	0.030	43.4#	77	0.00
23		Phenanthrene	1.092	1.056	3.3	101	0.00
24		Anthracene	1.031	0.930	9.8	98	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.555	5.071	8.7	97	0.00
26		Fluoranthene	1.368	1.232	9.9	99	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	97	-0.01
28		Pyrene	1.489	1.516	-1.8	96	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.982	0.985	-0.3	96	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.141	0.988	13.4	87	0.00
31		Chrysene	1.696	1.832	-8.0	102	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.902	1.421	25.3#	83	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.340	1.401	-4.6	104	-0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	108	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.122	0.943	16.0	97	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.626	1.441	11.4	96	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.085	1.031	5.0	106	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.998	0.935	6.3	110	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.227	1.166	5.0	100	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011320\
Data File : BE101045.D
Acq On : 13 Jan 2020 19:26
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 14 09:58:34 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0