Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011420\
Data File : BE101047.D
Acq On : 14 Jan 2020 9:37
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 15 10:03:58 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	98	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.422	-5.5	104	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.295	26.3#	84	0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.348	13.0	86	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.362	9.5	100	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.405	-1.3	109	0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	106	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.324	19.0	96	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.410	-2.5	106	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.429	-7.2	109	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.412	-3.0	109	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.396	1.0	106	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	108	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.225	43.8#	70	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.411	-2.7	109	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.315	21.3	94	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.394	1.5	109	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.384	4.0	106	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	104	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.369	7.8	101	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.424	-6.0	109	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.383	4.3	64	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.393	1.8	103	0.00
24		Anthracene	0.400	0.364	9.0	100	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.358	10.5	96	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.359	10.3	99	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	89	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.437	-9.2	94	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.428	-7.0	94	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.307	23.3	71	0.00
31		Chrysene	0.400	0.449	-12.2	97	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.273	31.8#	70	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.409	-2.2	93	-0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	98	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.328	18.0	86	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.381	4.8	93	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.364	9.0	92	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.354	11.5	94	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.381	4.8	91	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011420\
Data File : BE101047.D
Acq On : 14 Jan 2020 9:37
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 15 10:03:58 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0