Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011719\
Data File : BE098649.D
Acq On : 17 Jan 2019 12:58
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 17 13:33:36 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE011519.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 15 14:30:55 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	84	0.02
2		1,4-Dioxane	0.789	0.733	7.1	90	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.579	0.703	-21.4	107	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.067	1.129	-5.8	91	0.01
5	S	Phenol-d6	1.519	1.523	-0.3	84	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.149	1.213	-5.6	96	0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	84	0.02
8	S	Nitrobenzene-d5	0.317	0.338	-6.6	93	0.02
9		Naphthalene	3.984	3.839	3.6	86	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.285	0.279	2.1	87	0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.658	0.644	2.1	89	0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.660	0.623	5.6	86	0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	91	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.174	0.179	-2.9	94	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.638	1.493	8.9	91	0.03
16		Acenaphthylene	1.732	1.622	6.4	91	0.01
17		Acenaphthene	1.087	0.998	8.2	87	0.01
18		Fluorene	1.414	1.307	7.6	87	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	89	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.212	0.190	10.4	86	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.256	0.240	6.3	88	0.01
22		Pentachlorophenol	0.075	0.071	5.3	107	0.01
23		Phenanthrene	0.948	0.905	4.5	91	0.00
24		Anthracene	0.812	0.764	5.9	93	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	4.955	4.653	6.1	90	0.00
26		Fluoranthene	1.220	1.125	7.8	89	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	89	0.00
28		Pyrene	1.101	1.032	6.3	88	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.885	0.838	5.3	92	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.075	0.990	7.9	87	0.01
31		Chrysene	1.115	1.037	7.0	88	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.281	1.975	13.4	87	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.150	1.107	3.7	89	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	90	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.091	1.015	7.0	90	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.193	1.139	4.5	89	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.072	0.994	7.3	89	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.949	0.941	0.8	95	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.040	0.987	5.1	89	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011719\
Data File : BE098649.D
Acq On : 17 Jan 2019 12:58
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 17 13:33:36 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE011519.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 15 14:30:55 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0