Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031119\
Data File : BE098872.D
Acq On : 11 Mar 2019 21:21
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 12 16:36:43 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 06 15:33:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	107	0.00
2		1,4-Dioxane	0.789	0.745	5.6	105	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	1.006	0.635	36.9#	66	0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.196	1.033	13.6	89	0.01
5	S	Phenol-d6	1.689	1.618	4.2	103	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.304	1.155	11.4	98	0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	115	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.419	0.375	10.5	114	0.00
9		Naphthalene	4.581	4.472	2.4	115	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.303	0.286	5.6	112	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.739	0.725	1.9	115	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.743	0.719	3.2	114	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	122	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.202	0.159	21.3	97	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.656	1.633	1.4	122	0.00
16		Acenaphthylene	2.057	1.931	6.1	120	0.00
17		Acenaphthene	1.220	1.134	7.0	114	-0.02
18		Fluorene	1.760	1.636	7.0	116	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	110	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.217	0.202	6.9	104	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.258	0.259	-0.4	116	0.00
22		Pentachlorophenol	0.052	0.031	40.4#	89	0.01
23		Phenanthrene	1.137	1.108	2.6	109	0.00
24		Anthracene	0.972	0.882	9.3	105	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	6.385	5.792	9.3	103	0.00
26		Fluoranthene	1.605	1.459	9.1	103	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	99	-0.01
28		Pyrene	1.224	1.257	-2.7	102	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.972	0.953	2.0	98	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.248	1.226	1.8	100	0.00
31		Chrysene	1.336	1.277	4.4	97	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.657	2.079	21.8	85	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.410	1.425	-1.1	102	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	105	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.315	1.286	2.2	106	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.377	1.374	0.2	110	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.261	1.202	4.7	103	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.193	1.138	4.6	101	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.248	1.184	5.1	102	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031119\
Data File : BE098872.D
Acq On : 11 Mar 2019 21:21
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 12 16:36:43 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 06 15:33:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0