Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031119\
Data File : BE098872.D
Acq On : 11 Mar 2019 21:21
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 12 16:36:43 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 06 15:33:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	107	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.379	5.3	105	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.252	37.0#	66	0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.346	13.5	89	0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.383	4.3	103	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.354	11.5	98	0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	115	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.358	10.5	114	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.390	2.5	115	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.377	5.8	112	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.392	2.0	115	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.387	3.3	114	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	122	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.315	21.3	97	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.394	1.5	122	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.375	6.3	120	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.372	7.0	114	-0.02
18		Fluorene	0.400	0.372	7.0	116	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	110	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.373	6.8	104	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.401	-0.3	116	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.407	-1.7	89	0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.390	2.5	109	0.00
24		Anthracene	0.400	0.363	9.3	105	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.363	9.3	103	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.364	9.0	103	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	99	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.411	-2.7	102	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.392	2.0	98	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.393	1.8	100	0.00
31		Chrysene	0.400	0.383	4.3	97	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.313	21.8	85	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.404	-1.0	102	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	105	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.391	2.3	106	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.399	0.3	110	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.381	4.8	103	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.382	4.5	101	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.380	5.0	102	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031119\
Data File : BE098872.D
Acq On : 11 Mar 2019 21:21
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 12 16:36:43 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 06 15:33:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0