Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031219\
Data File : BE098890.D
Acq On : 12 Mar 2019 10:14
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 12 12:30:54 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 06 15:33:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	116	0.00
2		1,4-Dioxane	0.789	0.778	1.4	119	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	1.006	0.454	54.9#	52	0.04
4	S	2-Fluorophenol	1.196	1.043	12.8	98	0.01
5	S	Phenol-d6	1.689	1.651	2.2	114	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.304	0.988	24.2	91	0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	126	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.419	0.336	19.8	112	0.00
9		Naphthalene	4.581	4.497	1.8	127	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.303	0.287	5.3	123	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.739	0.715	3.2	125	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.743	0.686	7.7	120	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	129	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.202	0.172	14.9	112	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.656	1.649	0.4	130	0.00
16		Acenaphthylene	2.057	1.965	4.5	130	0.00
17		Acenaphthene	1.220	1.207	1.1	129	-0.01
18		Fluorene	1.760	1.674	4.9	126	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	121	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.217	0.199	8.3	112	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.258	0.251	2.7	124	0.00
22		Pentachlorophenol	0.052	0.031	40.4#	98	0.01
23		Phenanthrene	1.137	1.080	5.0	117	0.00
24		Anthracene	0.972	0.870	10.5	114	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	6.385	5.673	11.2	111	0.00
26		Fluoranthene	1.605	1.411	12.1	110	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	108	-0.01
28		Pyrene	1.224	1.245	-1.7	111	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.972	0.939	3.4	105	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.248	1.095	12.3	97	0.00
31		Chrysene	1.336	1.350	-1.0	112	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.657	2.184	17.8	97	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.410	1.411	-0.1	110	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	112	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	1.315	1.294	1.6	114	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.377	1.356	1.5	116	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.261	1.227	2.7	113	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.193	1.128	5.4	107	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.248	1.205	3.4	110	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031219\
Data File : BE098890.D
Acq On : 12 Mar 2019 10:14
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 12 12:30:54 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 06 15:33:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0