Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031519\
Data File : BE098967.D
Acq On : 15 Mar 2019 10:14
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 18 06:45:02 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 15 05:31:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	103	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.468	-17.0	119	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.298	25.5#	75	0.03
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.363	9.3	90	0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.390	2.5	100	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.316	21.0	84	0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	115	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.341	14.8	109	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.397	0.8	117	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.385	3.8	114	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.386	3.5	113	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.365	8.8	108	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	119	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.283	29.3#	85	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.392	2.0	118	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.379	5.3	118	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.384	4.0	114	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.369	7.8	112	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	106	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.428	-7.0	116	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.396	1.0	111	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.391	2.3	77	0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.372	7.0	101	0.00
24		Anthracene	0.400	0.325	18.8	91	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.339	15.3	93	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.343	14.2	95	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	89	0.00
28		Pyrene	0.400	0.414	-3.5	93	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.381	4.8	86	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.365	8.8	83	0.00
31		Chrysene	0.400	0.366	8.5	84	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.320	20.0	78	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.345	13.8	78	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	92	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.370	7.5	88	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.417	-4.2	101	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.382	4.5	91	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.285	28.8#	67	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.344	14.0	81	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031519\
Data File : BE098967.D
Acq On : 15 Mar 2019 10:14
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 18 06:45:02 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 15 05:31:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0