Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031519\
Data File : BE098983.D
Acq On : 15 Mar 2019 22:59
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 18 07:07:38 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 15 05:31:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	114	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.469	-17.2	133	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.271	32.3#	76	0.04
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.305	23.8	84	0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.344	14.0	98	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.328	18.0	97	0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	128	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.333	16.8	119	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.396	1.0	130	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.387	3.3	128	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.379	5.3	124	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.359	10.3	119	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	135	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.260	35.0#	88	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.373	6.8	127	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.363	9.3	128	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.381	4.8	129	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.361	9.8	125	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	116	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.382	4.5	113	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.386	3.5	118	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.364	9.0	66	0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.383	4.3	114	0.00
24		Anthracene	0.400	0.325	18.8	99	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.348	13.0	104	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.346	13.5	104	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	99	0.00
28		Pyrene	0.400	0.416	-4.0	103	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.381	4.8	94	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.365	8.8	92	0.00
31		Chrysene	0.400	0.375	6.3	95	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.305	23.8	82	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.344	14.0	86	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	99	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.383	4.3	98	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.414	-3.5	108	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.400	0.0	103	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.300	25.0#	76	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.324	19.0	82	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031519\
Data File : BE098983.D
Acq On : 15 Mar 2019 22:59
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 18 07:07:38 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 15 05:31:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0