Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE032019\
Data File : BE099067.D
Acq On : 20 Mar 2019 13:59
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 22 03:14:15 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 15 05:31:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	93	0.00
2		1,4-Dioxane	0.789	0.848	-7.5	104	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	1.006	0.797	20.8	73	0.03
4	S	2-Fluorophenol	1.196	1.154	3.5	87	0.01
5	S	Phenol-d6	1.689	1.772	-4.9	98	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.304	1.022	21.6	76	0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	109	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.419	0.350	16.5	102	0.00
9		Naphthalene	4.581	4.342	5.2	106	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.303	0.260	14.2	97	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.739	0.710	3.9	107	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.743	0.676	9.0	103	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	113	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.202	0.152	24.8	86	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.656	1.587	4.2	109	-0.01
16		Acenaphthylene	2.057	1.905	7.4	110	-0.01
17		Acenaphthene	1.220	1.153	5.5	107	-0.01
18		Fluorene	1.760	1.573	10.6	103	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	100	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.217	0.198	8.8	92	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.258	0.244	5.4	100	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.052	0.030	42.3#	79	0.00
23		Phenanthrene	1.137	1.012	11.0	91	-0.01
24		Anthracene	0.972	0.793	18.4	86	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	6.385	5.237	18.0	85	0.00
26		Fluoranthene	1.605	1.325	17.4	85	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	85	-0.01
28		Pyrene	1.224	1.223	0.1	86	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.972	0.909	6.5	80	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.248	1.048	16.0	73	0.00
31		Chrysene	1.336	1.230	7.9	81	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.657	2.377	10.5	83	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.410	0.957	32.1#	59	-0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	83	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	1.315	1.141	13.2	75	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.377	1.387	-0.7	88	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.261	1.198	5.0	82	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.193	0.728	39.0#	51	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.248	0.889	28.8#	61	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE032019\
Data File : BE099067.D
Acq On : 20 Mar 2019 13:59
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 22 03:14:15 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 15 05:31:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0