Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE032019\
Data File : BE099073.D
Acq On : 20 Mar 2019 18:07
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 21 09:42:01 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 15 05:31:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	102	0.01
2		1,4-Dioxane	0.789	0.851	-7.9	115	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	1.006	0.800	20.5	80	0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.196	1.070	10.5	89	0.02
5	S	Phenol-d6	1.689	1.633	3.3	99	0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.304	1.036	20.6	84	0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	113	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.419	0.368	12.2	111	0.03
9		Naphthalene	4.581	4.441	3.1	113	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.303	0.268	11.6	103	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.739	0.720	2.6	113	0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.743	0.711	4.3	112	0.02
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	121	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.202	0.143	29.2#	87	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.656	1.549	6.5	115	0.00
16		Acenaphthylene	2.057	1.851	10.0	115	0.00
17		Acenaphthene	1.220	1.106	9.3	111	0.00
18		Fluorene	1.760	1.522	13.5	108	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	103	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.217	0.208	4.1	101	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.258	0.251	2.7	106	0.00
22		Pentachlorophenol	0.052	0.015	71.2#	41#	0.01
23		Phenanthrene	1.137	1.044	8.2	97	0.00
24		Anthracene	0.972	0.806	17.1	90	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	6.385	5.276	17.4	88	0.00
26		Fluoranthene	1.605	1.321	17.7	88	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	85	0.00
28		Pyrene	1.224	1.268	-3.6	89	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.972	0.942	3.1	83	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.248	1.082	13.3	75	0.00
31		Chrysene	1.336	1.211	9.4	79	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.657	2.320	12.7	81	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.410	0.790	44.0#	49#	0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	81	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.315	1.063	19.2	67	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.377	1.519	-10.3	93	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.261	1.174	6.9	77	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.193	0.744	37.6#	51	0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.248	0.890	28.7#	59	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE032019\
Data File : BE099073.D
Acq On : 20 Mar 2019 18:07
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 21 09:42:01 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 15 05:31:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0