Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE032019\
Data File : BE099073.D
Acq On : 20 Mar 2019 18:07
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 21 09:42:01 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 15 05:31:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	102	0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.448	-12.0	115	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.318	20.5	80	0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.358	10.5	89	0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.387	3.3	99	0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.318	20.5	84	0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	113	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.351	12.3	111	0.03
9		Naphthalene	0.400	0.388	3.0	113	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.353	11.8	103	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.389	2.8	113	0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.383	4.3	112	0.02
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	121	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.284	29.0#	87	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.374	6.5	115	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.360	10.0	115	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.362	9.5	111	0.00
18		Fluorene	0.400	0.346	13.5	108	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	103	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.385	3.8	101	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.389	2.8	106	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.335	16.3	41	0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.367	8.3	97	0.00
24		Anthracene	0.400	0.332	17.0	90	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.331	17.3	88	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.329	17.8	88	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	85	0.00
28		Pyrene	0.400	0.414	-3.5	89	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.388	3.0	83	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.347	13.3	75	0.00
31		Chrysene	0.400	0.363	9.3	79	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.349	12.8	81	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.224	44.0#	49	0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	81	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.323	19.3	67	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.441	-10.2	93	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.372	7.0	77	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.249	37.8#	51	0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.285	28.8#	59	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE032019\
Data File : BE099073.D
Acq On : 20 Mar 2019 18:07
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 21 09:42:01 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 15 05:31:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0