Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE032219\
Data File : BE099082.D
Acq On : 22 Mar 2019 16:10
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE032219

Quant Time: Mar 23 00:49:46 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE032219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Mar 23 00:46:37 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.335	16.3	94	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.253	36.8#	67	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.334	16.5	91	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.335	16.3	93	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.354	11.5	96	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	94	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.418	-4.5	124	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.353	11.8	94	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.359	10.3	94	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.358	10.5	96	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.340	15.0	93	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	96	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.362	9.5	111	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.360	10.0	94	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.332	17.0	94	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.344	14.0	96	0.00
18		Fluorene	0.400	0.344	14.0	96	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	96	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.342	14.5	96	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.344	14.0	98	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.475	-18.7	108	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.348	13.0	99	0.00
24		Anthracene	0.400	0.331	17.3	95	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.352	12.0	97	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.340	15.0	98	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	100	0.00
28		Pyrene	0.400	0.331	17.3	98	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.350	12.5	99	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.337	15.8	99	0.00
31		Chrysene	0.400	0.347	13.3	103	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.270	32.5#	95	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.343	14.2	102	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	105	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.329	17.8	104	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.331	17.3	104	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.322	19.5	103	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.326	18.5	104	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.330	17.5	104	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE032219\
Data File : BE099082.D
Acq On : 22 Mar 2019 16:10
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
ClientSampleId :
ICVBE032219

Quant Time: Mar 23 00:49:46 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE032219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Mar 23 00:46:37 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0