Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE032219\
Data File : BE099084.D
Acq On : 22 Mar 2019 17:27
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 23 01:14:23 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE032219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Mar 23 00:46:37 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	83	0.00
2		1,4-Dioxane	0.621	0.623	-0.3	97	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.320	0.244	23.8	69	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.191	1.019	14.4	80	0.00
5	S	Phenol-d6	1.715	1.518	11.5	84	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.394	1.326	4.9	89	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	83	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.175	0.193	-10.3	116	0.00
9		Naphthalene	4.714	4.254	9.8	85	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.231	0.213	7.8	86	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.720	0.654	9.2	86	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.807	0.729	9.7	87	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	87	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.118	0.106	10.2	101	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.591	1.409	11.4	84	0.00
16		Acenaphthylene	2.135	1.731	18.9	83	-0.01
17		Acenaphthene	1.266	1.097	13.3	88	0.00
18		Fluorene	1.847	1.610	12.8	88	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	89	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.221	0.198	10.4	93	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.206	0.179	13.1	92	0.00
22		Pentachlorophenol	0.061	0.052	14.8	111	-0.01
23		Phenanthrene	1.188	1.036	12.8	92	0.00
24		Anthracene	1.124	0.958	14.8	91	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.336	4.796	10.1	92	0.00
26		Fluoranthene	1.671	1.461	12.6	93	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	87	0.00
28		Pyrene	1.357	1.210	10.8	92	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.846	0.777	8.2	91	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.409	1.239	12.1	90	0.00
31		Chrysene	1.408	1.285	8.7	95	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.829	1.205	34.1#	81	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.514	1.300	14.1	89	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	87	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.384	1.193	13.8	91	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.356	1.195	11.9	92	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.279	1.087	15.0	90	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.244	1.070	14.0	91	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.278	1.111	13.1	91	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE032219\
Data File : BE099084.D
Acq On : 22 Mar 2019 17:27
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 23 01:14:23 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE032219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Mar 23 00:46:37 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0