Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE032219\
Data File : BE099084.D
Acq On : 22 Mar 2019 17:27
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 23 01:14:23 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE032219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Mar 23 00:46:37 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	83	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.402	-0.5	97	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.305	23.8	69	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.342	14.5	80	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.354	11.5	84	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.381	4.8	89	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	83	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.443	-10.7	116	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.361	9.8	85	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.369	7.8	86	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.363	9.3	86	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.361	9.8	87	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	87	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.360	10.0	101	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.354	11.5	84	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.324	19.0	83	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.346	13.5	88	0.00
18		Fluorene	0.400	0.349	12.8	88	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	89	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.358	10.5	93	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.348	13.0	92	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.499	-24.7	111	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.349	12.8	92	0.00
24		Anthracene	0.400	0.341	14.8	91	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.360	10.0	92	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.350	12.5	93	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	87	0.00
28		Pyrene	0.400	0.357	10.8	92	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.367	8.3	91	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.352	12.0	90	0.00
31		Chrysene	0.400	0.365	8.8	95	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.264	34.0#	81	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.343	14.2	89	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	87	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.345	13.8	91	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.352	12.0	92	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.340	15.0	90	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.344	14.0	91	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.348	13.0	91	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE032219\
Data File : BE099084.D
Acq On : 22 Mar 2019 17:27
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 23 01:14:23 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE032219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Mar 23 00:46:37 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area% Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0