Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE032619\
Data File : BE099238.D
Acq On : 27 Mar 2019 6:51
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 27 14:41:40 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE032519.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 26 07:02:06 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	118	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.330	17.5	110	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.298	25.5#	115	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.329	17.8	106	-0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.348	13.0	114	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.334	16.5	112	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	118	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.328	18.0	119	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.344	14.0	114	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.343	14.2	117	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.340	15.0	112	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.346	13.5	115	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	123	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.424	-6.0	147	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.340	15.0	116	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.319	20.3	115	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.336	16.0	118	0.00
18		Fluorene	0.400	0.332	17.0	118	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	121	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.320	20.0	115	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.335	16.3	120	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.577	-44.2#	275	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.332	17.0	117	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.313	21.8	116	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.345	13.8	121	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.331	17.3	121	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	126	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.337	15.8	122	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.333	16.8	116	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.324	19.0	122	0.00
31		Chrysene	0.400	0.338	15.5	123	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.293	26.8#	131	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.229	42.8#	91	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	112	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.316	21.0	108	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.347	13.3	115	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.336	16.0	115	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.283	29.3#	103	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.240	40.0#	85	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE032619\
Data File : BE099238.D
Acq On : 27 Mar 2019 6:51
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 27 14:41:40 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE032519.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 26 07:02:06 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0