Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE040219\
Data File : BE099284.D
Acq On : 2 Apr 2019 21:21
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc : LOQ 0.2 PPM
ALS Vial : 4 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 03 05:18:31 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE040219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 02 17:16:42 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	98	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.545	0.566	-3.9	102	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.322	0.273	15.2	86	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.063	1.009	5.1	89	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.461	1.399	4.2	93	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.310	1.283	2.1	96	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	91	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.275	0.286	-4.0	99	-0.03
9		Naphthalene	4.351	4.479	-2.9	93	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.283	0.286	-1.1	91	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.698	0.693	0.7	92	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.740	0.738	0.3	92	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	90	-0.03
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.184	0.161	12.5	88	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.572	1.670	-6.2	95	-0.01
16		Acenaphthylene	1.895	1.742	8.1	85	-0.01
17		Acenaphthene	1.118	1.120	-0.2	92	-0.01
18		Fluorene	1.615	1.598	1.1	88	-0.03
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	89	-0.03
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.227	0.215	5.3	86	-0.03
21		Hexachlorobenzene	0.216	0.222	-2.8	93	-0.03
22		Pentachlorophenol	0.090	0.065	27.8#	73	-0.03
23		Phenanthrene	1.035	1.041	-0.6	88	-0.03
24		Anthracene	0.976	0.905	7.3	83	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.280	4.986	5.6	83	-0.02
26		Fluoranthene	1.528	1.453	4.9	84	-0.02
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	81	-0.02
28		Pyrene	1.056	1.052	0.4	82	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.730	0.740	-1.4	83	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.259	1.208	4.1	78	-0.02
31		Chrysene	1.235	1.251	-1.3	82	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.605	1.122	30.1#	59	-0.03
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.412	1.423	-0.8	80	-0.06
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	79	-0.03
35		Benzo(b)fluoranthene	1.194	1.203	-0.8	83	-0.03
36		Benzo(k)fluoranthene	1.162	1.183	-1.8	83	-0.03
37	C	Benzo(a)pyrene	1.122	1.082	3.6	79	-0.03
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.116	1.118	-0.2	81	-0.06
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.112	1.112	0.0	81	-0.06

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE040219\
Data File : BE099284.D
Acq On : 2 Apr 2019 21:21
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc : LOQ 0.2 PPM
ALS Vial : 4 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 03 05:18:31 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE040219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 02 17:16:42 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0