Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE040519\
Data File : BE099302.D
Acq On : 5 Apr 2019 10:18
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 05 14:59:55 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE040219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 05 14:55:44 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	111	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.545	0.601	-10.3	123	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.322	0.274	14.9	98	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.063	1.095	-3.0	110	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.461	1.485	-1.6	112	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.310	1.348	-2.9	114	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	109	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.275	0.316	-14.9	131	-0.03
9		Naphthalene	4.351	4.629	-6.4	115	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.283	0.310	-9.5	119	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.698	0.739	-5.9	118	-0.03
12		2-Methylnaphthalene	0.740	0.776	-4.9	116	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	108	-0.03
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.184	0.181	1.6	118	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.572	1.713	-9.0	118	-0.01
16		Acenaphthylene	1.895	1.876	1.0	111	-0.01
17		Acenaphthene	1.118	1.192	-6.6	118	-0.01
18		Fluorene	1.615	1.689	-4.6	112	-0.03
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	107	-0.03
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.227	0.239	-5.3	115	-0.03
21		Hexachlorobenzene	0.216	0.238	-10.2	119	-0.03
22		Pentachlorophenol	0.090	0.113	-25.6#	155#	-0.03
23		Phenanthrene	1.035	1.152	-11.3	117	-0.03
24		Anthracene	0.976	0.994	-1.8	109	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.280	5.521	-4.6	110	-0.02
26		Fluoranthene	1.528	1.629	-6.6	113	-0.02
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	101	-0.02
28		Pyrene	1.056	1.146	-8.5	112	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.730	0.795	-8.9	111	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.259	1.288	-2.3	103	-0.02
31		Chrysene	1.235	1.317	-6.6	107	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.605	1.238	22.9	81	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.412	1.453	-2.9	101	-0.06
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	97	-0.03
35		Benzo(b)fluoranthene	1.194	1.254	-5.0	105	-0.03
36		Benzo(k)fluoranthene	1.162	1.247	-7.3	106	-0.03
37	C	Benzo(a)pyrene	1.122	1.149	-2.4	102	-0.03
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.116	1.173	-5.1	104	-0.07
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.112	1.151	-3.5	103	-0.07

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE040519\
Data File : BE099302.D
Acq On : 5 Apr 2019 10:18
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 05 14:59:55 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE040219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 05 14:55:44 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0