Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE050119\
Data File : BE099471.D
Acq On : 1 May 2019 19:32
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 02 08:27:29 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE042919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Apr 29 18:36:43 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	122	0.00
2		1,4-Dioxane	0.550	0.466	15.3	120	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.332	0.336	-1.2	140	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	1.106	1.171	-5.9	135	0.00
5	S	Phenol-d6	1.471	1.757	-19.4	149	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.269	1.269	0.0	125	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	142	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.375	0.385	-2.7	145	0.00
9		Naphthalene	4.359	4.495	-3.1	144	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.303	0.301	0.7	138	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.721	0.731	-1.4	145	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.758	0.796	-5.0	150	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	148	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.252	0.251	0.4	152#	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.526	1.522	0.3	144	-0.02
16		Acenaphthylene	1.957	1.976	-1.0	149	-0.02
17		Acenaphthene	1.118	1.118	0.0	149	0.00
18		Fluorene	1.649	1.615	2.1	143	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	132	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.233	0.243	-4.3	136	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.222	0.235	-5.9	139	0.00
22		Pentachlorophenol	0.100	0.106	-6.0	166#	0.00
23		Phenanthrene	1.032	1.045	-1.3	132	0.00
24		Anthracene	0.984	0.986	-0.2	133	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.391	4.923	8.7	121	0.00
26		Fluoranthene	1.546	1.419	8.2	120	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	107	0.00
28		Pyrene	1.043	1.302	-24.8	118	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.733	0.893	-21.8	116	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.274	1.469	-15.3	110	-0.01
31		Chrysene	1.247	1.357	-8.8	103	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.216	2.179	1.7	97	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.474	1.628	-10.4	104	-0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	103	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.153	1.197	-3.8	105	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.112	1.172	-5.4	103	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.090	1.140	-4.6	104	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.115	1.147	-2.9	102	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.118	1.166	-4.3	103	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE050119\
Data File : BE099471.D
Acq On : 1 May 2019 19:32
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 02 08:27:29 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE042919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Apr 29 18:36:43 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0