Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE050319\
Data File : BE099530.D
Acq On : 3 May 2019 15:10
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 04 01:27:43 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE042919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Apr 29 18:36:43 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	90	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.436	-9.0	114	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.434	-8.5	110	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.450	-12.5	106	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.467	-16.8	107	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.406	-1.5	93	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	94	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.433	-8.2	102	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.426	-6.5	99	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.422	-5.5	97	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.400	0.0	95	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.416	-4.0	98	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	102	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.492	-23.0	129	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.402	-0.5	100	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.400	0.0	101	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.399	0.3	102	0.00
18		Fluorene	0.400	0.411	-2.7	103	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	104	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.394	1.5	101	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.416	-4.0	107	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.529	-32.3#	129	0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.407	-1.7	105	0.00
24		Anthracene	0.400	0.400	0.0	105	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.395	1.3	103	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.407	-1.7	105	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	98	0.00
28		Pyrene	0.400	0.485	-21.2	105	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.482	-20.5	105	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.455	-13.7	99	0.00
31		Chrysene	0.400	0.458	-14.5	99	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.425	-6.2	91	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.460	-15.0	99	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	96	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.426	-6.5	100	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.426	-6.5	97	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.429	-7.2	100	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.423	-5.7	98	0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.426	-6.5	99	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE050319\
Data File : BE099530.D
Acq On : 3 May 2019 15:10
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 04 01:27:43 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE042919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Apr 29 18:36:43 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0