Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE052119\
Data File : BE099686.D
Acq On : 21 May 2019 12:31
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 22 09:17:16 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE052019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon May 20 19:29:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	96	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.323	19.3	81	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.373	6.8	102	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.370	7.5	102	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.375	6.3	108	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.367	8.3	100	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	99	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.361	9.8	105	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.362	9.5	101	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.362	9.5	101	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.368	8.0	103	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.367	8.3	105	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	101	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.389	2.8	107	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.359	10.3	102	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.354	11.5	104	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.373	6.8	107	0.00
18		Fluorene	0.400	0.354	11.5	102	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	95	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.361	9.8	99	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.379	5.3	102	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.475	-18.7	131	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.360	10.0	97	0.00
24		Anthracene	0.400	0.362	9.5	103	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.353	11.8	97	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.352	12.0	96	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	97	0.00
28		Pyrene	0.400	0.400	0.0	98	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.382	4.5	96	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.402	-0.5	102	0.00
31		Chrysene	0.400	0.385	3.8	94	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.471	-17.7	127	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.376	6.0	97	-0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	96	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.366	8.5	98	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.354	11.5	95	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.360	10.0	98	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.352	12.0	98	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.355	11.3	97	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE052119\
Data File : BE099686.D
Acq On : 21 May 2019 12:31
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: May 22 09:17:16 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE052019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon May 20 19:29:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0