Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE052319\
Data File : BE099730.D
Acq On : 23 May 2019 12:20
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 23 15:11:53 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE052019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon May 20 19:29:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	75	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.592	0.608	-2.7	81	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.327	0.370	-13.1	97	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.011	1.171	-15.8	99	-0.01
5	S	Phenol-d6	1.338	1.488	-11.2	100	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.190	1.247	-4.8	90	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	73	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.346	0.412	-19.1	101	-0.01
9		Naphthalene	4.278	4.333	-1.3	82	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.315	0.328	-4.1	85	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.690	0.690	0.0	82	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.697	0.708	-1.6	84	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	69	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.237	0.336	-41.8#	125	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.518	1.594	-5.0	81	0.00
16		Acenaphthylene	1.864	1.985	-6.5	85	-0.02
17		Acenaphthene	1.046	1.117	-6.8	83	0.00
18		Fluorene	1.541	1.630	-5.8	83	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	66	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.231	0.240	-3.9	79	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.236	0.235	0.4	74	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.068	0.126	-85.3#	210#	-0.03
23		Phenanthrene	0.977	0.997	-2.0	76	-0.01
24		Anthracene	0.886	0.927	-4.6	82	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.466	5.593	-2.3	77	-0.01
26		Fluoranthene	1.545	1.559	-0.9	76	-0.01
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	78	-0.01
28		Pyrene	1.005	0.991	1.4	78	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.714	0.704	1.4	80	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.137	1.242	-9.2	90	-0.01
31		Chrysene	1.215	1.250	-2.9	81	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.310	1.906	-45.5#	126	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.467	1.617	-10.2	92	-0.02
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	77	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.096	1.105	-0.8	86	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	1.143	1.118	2.2	84	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	1.055	1.084	-2.7	89	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.108	1.142	-3.1	92	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.118	1.143	-2.2	89	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE052319\
Data File : BE099730.D
Acq On : 23 May 2019 12:20
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 23 15:11:53 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE052019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon May 20 19:29:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0