Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE060319\
Data File : BE099790.D
Acq On : 3 Jun 2019 19:17
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 04 03:55:16 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE052019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon May 20 19:29:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	100	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.387	3.3	101	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.358	10.5	101	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.434	-8.5	124	0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.432	-8.0	129	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.409	-2.2	116	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	108	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.405	-1.3	127	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.397	0.8	120	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.397	0.8	121	0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.429	-7.2	130	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.430	-7.5	133	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	122	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.473	-18.2	174	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.405	-1.3	139	0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.406	-1.5	144	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.402	-0.5	139	0.01
18		Fluorene	0.400	0.404	-1.0	141	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	128	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.390	2.5	143	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.395	1.3	143	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.520	-30.0#	203	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.391	2.3	141	0.00
24		Anthracene	0.400	0.394	1.5	151	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.389	2.8	143	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.390	2.5	142	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	133	0.00
28		Pyrene	0.400	0.423	-5.7	144	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.426	-6.5	148	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.413	-3.2	145	0.00
31		Chrysene	0.400	0.404	-1.0	136	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.464	-16.0	172	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.399	0.3	142	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	124	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.412	-3.0	142	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.396	1.0	137	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.400	0.0	140	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.393	1.8	141	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.394	1.5	138	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE060319\
Data File : BE099790.D
Acq On : 3 Jun 2019 19:17
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 04 03:55:16 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE052019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon May 20 19:29:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0