Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE060719\
Data File : BE099853.D
Acq On : 7 Jun 2019 15:25
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE060719

Quant Time: Jun 07 18:36:37 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE060719.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 07 15:25:21 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	115	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.395	1.3	128	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.386	3.5	118	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.381	4.8	115	0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.386	3.5	110	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.392	2.0	122	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	118	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.389	2.8	120	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.395	1.3	119	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.405	-1.3	120	0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.405	-1.3	120	0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.370	7.5	110	0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	107	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.390	2.5	98	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.413	-3.2	115	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.395	1.3	108	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.395	1.3	109	0.00
18		Fluorene	0.400	0.399	0.3	106	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	103	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.393	1.8	106	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.390	2.5	102	0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.518	-29.5#	456	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.391	2.3	100	0.00
24		Anthracene	0.400	0.381	4.8	99	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.400	0.0	101	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.400	0.0	101	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	119	0.00
28		Pyrene	0.400	0.384	4.0	100	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.378	5.5	101	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.411	-2.7	113	0.00
31		Chrysene	0.400	0.381	4.8	103	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.409	-2.2	113	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.396	1.0	110	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	107	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.418	-4.5	114	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.398	0.5	105	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.412	-3.0	111	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.402	-0.5	108	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.404	-1.0	109	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE060719\
Data File : BE099853.D
Acq On : 7 Jun 2019 15:25
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE060719

Quant Time: Jun 07 18:36:37 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE060719.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 07 15:25:21 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0