Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE060719\
Data File : BE099855.D
Acq On : 7 Jun 2019 16:41
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 08 04:31:21 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE060719.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 07 15:25:21 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	106	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.596	0.567	4.9	121	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.382	0.373	2.4	111	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.339	1.217	9.1	102	0.00
5	S	Phenol-d6	1.650	1.581	4.2	101	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.213	1.128	7.0	107	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	110	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.403	0.402	0.2	114	0.00
9		Naphthalene	4.347	4.280	1.5	110	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.320	0.319	0.3	110	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.724	0.689	4.8	105	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.739	0.676	8.5	101	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	101	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.396	0.381	3.8	92	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.446	1.479	-2.3	108	0.00
16		Acenaphthylene	1.981	1.926	2.8	101	0.00
17		Acenaphthene	1.086	1.056	2.8	101	0.00
18		Fluorene	1.661	1.630	1.9	99	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	98	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.229	0.218	4.8	99	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.224	0.219	2.2	98	0.00
22		Pentachlorophenol	0.069	0.054	21.7	399#	0.00
23		Phenanthrene	0.992	0.953	3.9	94	-0.01
24		Anthracene	0.951	0.874	8.1	92	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	6.199	5.830	6.0	91	0.00
26		Fluoranthene	1.751	1.658	5.3	91	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	98	-0.01
28		Pyrene	1.059	1.107	-4.5	90	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.746	0.759	-1.7	90	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.271	1.301	-2.4	93	0.00
31		Chrysene	1.248	1.376	-10.3	99	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.073	2.208	-6.5	98	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.520	1.642	-8.0	99	-0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	98	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.111	1.069	3.8	97	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.111	1.099	1.1	96	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.078	1.076	0.2	99	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.102	1.074	2.5	97	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.120	1.127	-0.6	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE060719\
Data File : BE099855.D
Acq On : 7 Jun 2019 16:41
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 08 04:31:21 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE060719.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 07 15:25:21 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0