Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE060719\
Data File : BE099871.D
Acq On : 8 Jun 2019 2:17
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 08 04:35:47 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE060719.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 07 15:25:21 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	104	0.00
2		1,4-Dioxane	0.596	0.581	2.5	121	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.382	0.328	14.1	96	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.339	1.135	15.2	93	0.00
5	S	Phenol-d6	1.650	1.518	8.0	96	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.213	1.240	-2.2	116	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	113	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.403	0.375	6.9	109	0.00
9		Naphthalene	4.347	4.323	0.6	114	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.320	0.326	-1.9	116	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.724	0.686	5.2	107	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.739	0.689	6.8	106	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	103	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.396	0.275	30.6#	67	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.446	1.493	-3.3	111	-0.01
16		Acenaphthylene	1.981	1.962	1.0	104	0.00
17		Acenaphthene	1.086	1.083	0.3	105	-0.01
18		Fluorene	1.661	1.593	4.1	98	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	96	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.229	0.229	0.0	101	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.224	0.222	0.9	97	0.00
22		Pentachlorophenol	0.069	0.099	-43.5#	709#	-0.04
23		Phenanthrene	0.992	0.986	0.6	95	-0.01
24		Anthracene	0.951	0.855	10.1	87	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	6.199	6.013	3.0	91	0.00
26		Fluoranthene	1.751	1.747	0.2	93	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	104	-0.01
28		Pyrene	1.059	1.058	0.1	91	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.746	0.726	2.7	91	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.271	1.316	-3.5	100	0.00
31		Chrysene	1.248	1.371	-9.9	104	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.073	1.803	13.0	84	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.520	1.678	-10.4	107	-0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	105	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	1.111	1.107	0.4	107	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	1.111	1.136	-2.3	106	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.078	1.080	-0.2	106	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.102	1.101	0.1	106	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.120	1.138	-1.6	107	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE060719\
Data File : BE099871.D
Acq On : 8 Jun 2019 2:17
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 08 04:35:47 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE060719.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 07 15:25:21 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0