Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE060719\
Data File : BE099873.D
Acq On : 8 Jun 2019 5:58
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 08 16:52:52 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE060719.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 07 15:25:21 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	121	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.377	5.8	129	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.292	27.0#	94	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.344	14.0	110	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.337	15.8	102	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.383	4.3	126	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	127	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.368	8.0	122	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.401	-0.3	129	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.403	-0.8	129	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.385	3.8	123	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.372	7.0	119	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	115	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.289	27.8#	78	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.415	-3.7	124	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.394	1.5	116	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.399	0.3	118	-0.02
18		Fluorene	0.400	0.383	4.3	109	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	106	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.383	4.3	107	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.404	-1.0	109	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.549	-37.3#	526	-0.03
23		Phenanthrene	0.400	0.383	4.3	102	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.347	13.3	93	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.361	9.8	95	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.369	7.8	96	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	102	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.410	-2.5	92	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.390	2.5	90	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.401	-0.3	95	0.00
31		Chrysene	0.400	0.441	-10.2	103	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.333	16.8	80	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.424	-6.0	101	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	101	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.388	3.0	100	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.408	-2.0	102	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.395	1.3	100	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.395	1.3	101	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.405	-1.3	103	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE060719\
Data File : BE099873.D
Acq On : 8 Jun 2019 5:58
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 08 16:52:52 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE060719.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 07 15:25:21 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0