Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061219\
Data File : BE099946.D
Acq On : 12 Jun 2019 8:32
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 13 04:24:54 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 10 14:57:20 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	127	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.592	0.625	-5.6	142	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.341	0.218	36.1#	80	0.03
4	S	2-Fluorophenol	1.080	0.908	15.9	107	0.00
5	S	Phenol-d6	1.391	1.268	8.8	124	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.136	1.088	4.2	128	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	127	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.379	0.353	6.9	126	-0.01
9		Naphthalene	4.318	4.430	-2.6	132	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.329	0.370	-12.5	140	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.698	0.721	-3.3	134	-0.03
12		2-Methylnaphthalene	0.702	0.708	-0.9	130	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	123	-0.03
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.296	0.188	36.5#	87	-0.03
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.517	1.559	-2.8	134	-0.03
16		Acenaphthylene	1.990	2.014	-1.2	129	-0.03
17		Acenaphthene	1.084	1.114	-2.8	132	-0.03
18		Fluorene	1.627	1.653	-1.6	132	-0.03
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	119	-0.03
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.227	0.235	-3.5	134	-0.03
21		Hexachlorobenzene	0.232	0.244	-5.2	132	-0.04
22		Pentachlorophenol	0.073	0.013	82.2#	25#	0.03
23		Phenanthrene	0.971	0.941	3.1	123	-0.03
24		Anthracene	0.890	0.780	12.4	110	-0.03
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.828	5.073	13.0	106	-0.04
26		Fluoranthene	1.650	1.450	12.1	106	-0.04
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	87	-0.04
28		Pyrene	1.051	1.316	-25.2#	103	-0.03
29	S	Terphenyl-d14	0.720	0.807	-12.1	94	-0.03
30		Benzo(a)anthracene	1.195	1.205	-0.8	85	-0.04
31		Chrysene	1.236	1.396	-12.9	91	-0.04
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.716	1.395	18.7	70	-0.04
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.466	1.412	3.7	80	-0.10
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	85	-0.07
35		Benzo(b)fluoranthene	1.121	1.025	8.6	81	-0.06
36		Benzo(k)fluoranthene	1.172	1.263	-7.8	92	-0.06
37	C	Benzo(a)pyrene	1.104	1.090	1.3	87	-0.07
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.112	0.896	19.4	72	-0.09
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.149	1.105	3.8	84	-0.11

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061219\
Data File : BE099946.D
Acq On : 12 Jun 2019 8:32
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 13 04:24:54 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 10 14:57:20 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0