Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061219\
Data File : BE099960.D
Acq On : 12 Jun 2019 17:25
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 13 05:09:32 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 10 14:57:20 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	123	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.364	9.0	119	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.273	31.8#	83	0.04
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.350	12.5	108	0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.340	15.0	113	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.386	3.5	125	0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	117	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.379	5.3	118	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.418	-4.5	124	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.472	-18.0	136	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.413	-3.2	124	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.394	1.5	117	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	113	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.262	34.5#	82	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.417	-4.2	124	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.398	0.5	116	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.394	1.5	115	0.00
18		Fluorene	0.400	0.388	3.0	116	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	100	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.432	-8.0	117	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.422	-5.5	111	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.443	-10.7	63	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.401	-0.3	107	0.00
24		Anthracene	0.400	0.356	11.0	94	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.375	6.3	96	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.381	4.8	97	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	87	0.00
28		Pyrene	0.400	0.471	-17.7	96	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.437	-9.2	91	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.411	-2.7	86	0.01
31		Chrysene	0.400	0.464	-16.0	93	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.355	11.3	76	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.402	-0.5	83	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	84	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.399	0.3	87	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.426	-6.5	89	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.406	-1.5	88	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.360	10.0	79	0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.411	-2.7	88	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061219\
Data File : BE099960.D
Acq On : 12 Jun 2019 17:25
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 13 05:09:32 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 10 14:57:20 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0