Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061319\
Data File : BE099979.D
Acq On : 13 Jun 2019 8:45
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 14 03:31:59 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 10 14:57:20 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.375	6.3	95	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.264	34.0#	62	0.03
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.381	4.8	91	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.355	11.3	91	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.411	-2.7	103	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	97	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.368	8.0	95	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.422	-5.5	104	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.452	-13.0	108	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.429	-7.2	106	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.405	-1.3	100	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	100	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.315	21.3	88	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.399	0.3	106	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.418	-4.5	109	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.412	-3.0	108	0.00
18		Fluorene	0.400	0.422	-5.5	112	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	108	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.391	2.3	114	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.408	-2.0	116	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.452	-13.0	72	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.398	0.5	115	0.00
24		Anthracene	0.400	0.360	10.0	103	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.376	6.0	104	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.388	3.0	106	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	93	0.00
28		Pyrene	0.400	0.481	-20.2	105	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.446	-11.5	99	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.435	-8.7	98	0.00
31		Chrysene	0.400	0.466	-16.5	100	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.330	17.5	76	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.446	-11.5	98	-0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	92	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.402	-0.5	97	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.407	-1.7	94	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.409	-2.2	97	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.389	2.8	94	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.425	-6.2	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061319\
Data File : BE099979.D
Acq On : 13 Jun 2019 8:45
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 14 03:31:59 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 10 14:57:20 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0