Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061719\
Data File : BE100074.D
Acq On : 17 Jun 2019 23:00
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 18 03:59:29 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061719.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 17 17:23:36 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.365	8.8	81	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.569	-42.2#	130	0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.346	13.5	81	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.380	5.0	88	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.433	-8.2	94	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	92	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.363	9.3	92	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.407	-1.7	93	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.426	-6.5	97	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.396	1.0	94	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.393	1.8	93	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	89	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.346	13.5	89	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.406	-1.5	89	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.420	-5.0	95	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.411	-2.7	91	-0.02
18		Fluorene	0.400	0.424	-6.0	95	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	92	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.392	2.0	93	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.396	1.0	93	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.363	9.3	71	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.388	3.0	93	0.00
24		Anthracene	0.400	0.375	6.3	93	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.369	7.8	89	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.381	4.8	91	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	87	0.00
28		Pyrene	0.400	0.451	-12.7	89	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.428	-7.0	86	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.421	-5.2	86	0.00
31		Chrysene	0.400	0.455	-13.7	89	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.328	18.0	71	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.469	-17.2	92	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	88	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.417	-4.2	90	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.426	-6.5	91	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.426	-6.5	93	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.417	-4.2	91	0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.417	-4.2	90	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061719\
Data File : BE100074.D
Acq On : 17 Jun 2019 23:00
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 18 03:59:29 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061719.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 17 17:23:36 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0