Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061919\
Data File : BE100083.D
Acq On : 19 Jun 2019 15:01
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE061919

Quant Time: Jun 19 17:36:01 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 19 15:07:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	105	0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.435	-8.7	129	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.520	-30.0#	281	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.411	-2.7	114	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.415	-3.7	108	0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.389	2.8	110	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	110	0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.399	0.3	109	0.03
9		Naphthalene	0.400	0.391	2.3	108	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.398	0.5	112	0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.375	6.3	107	0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.389	2.8	111	0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	112	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.349	12.8	109	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.425	-6.2	110	0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.395	1.3	110	0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.393	1.8	108	0.01
18		Fluorene	0.400	0.402	-0.5	110	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	111	0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.389	2.8	112	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.402	-0.5	112	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.423	-5.7	111	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.394	1.5	111	0.01
24		Anthracene	0.400	0.395	1.3	118	0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.394	1.5	111	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.399	0.3	112	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	109	0.01
28		Pyrene	0.400	0.408	-2.0	112	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.410	-2.5	111	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.397	0.8	117	0.01
31		Chrysene	0.400	0.406	-1.5	107	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.352	12.0	110	0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.398	0.5	104	0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	105	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.394	1.5	105	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.396	1.0	108	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.390	2.5	103	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.393	1.8	107	0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.393	1.8	105	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061919\
Data File : BE100083.D
Acq On : 19 Jun 2019 15:01
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE061919

Quant Time: Jun 19 17:36:01 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 19 15:07:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0