Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061919\
Data File : BE100083.D
Acq On : 19 Jun 2019 15:01
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE061919

Quant Time: Jun 19 17:36:01 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 19 15:07:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	105	0.02
2		1,4-Dioxane	0.642	0.699	-8.9	129	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.238	0.188	21.0	281#	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.830	0.854	-2.9	114	0.00
5	S	Phenol-d6	1.140	1.182	-3.7	108	0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.119	1.045	6.6	110	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	110	0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.388	0.387	0.3	109	0.03
9		Naphthalene	4.347	4.251	2.2	108	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.427	0.425	0.5	112	0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.761	0.713	6.3	107	0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.715	0.694	2.9	111	0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	112	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.221	0.193	12.7	109	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.573	1.672	-6.3	110	0.01
16		Acenaphthylene	1.899	1.877	1.2	110	0.01
17		Acenaphthene	1.062	1.044	1.7	108	0.01
18		Fluorene	1.581	1.589	-0.5	110	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	111	0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.238	0.231	2.9	112	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.262	0.264	-0.8	112	0.00
22		Pentachlorophenol	0.053	0.038	28.3#	111	0.00
23		Phenanthrene	0.958	0.943	1.6	111	0.01
24		Anthracene	0.808	0.798	1.2	118	0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.718	5.629	1.6	111	0.00
26		Fluoranthene	1.538	1.533	0.3	112	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	109	0.01
28		Pyrene	1.028	1.050	-2.1	112	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.800	0.820	-2.5	111	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.190	1.181	0.8	117	0.01
31		Chrysene	1.383	1.403	-1.4	107	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.123	0.988	12.0	110	0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.556	1.549	0.4	104	0.02
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	105	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.174	1.156	1.5	105	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.335	1.323	0.9	108	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.133	1.105	2.5	103	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.161	1.141	1.7	107	0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.207	1.187	1.7	105	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061919\
Data File : BE100083.D
Acq On : 19 Jun 2019 15:01
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE061919

Quant Time: Jun 19 17:36:01 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 19 15:07:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0