Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061919\
Data File : BE100085.D
Acq On : 19 Jun 2019 16:14
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 20 14:43:11 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 19 15:07:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.451	-12.7	117	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.435	-8.7	130	0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.472	-18.0	115	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.426	-6.5	97	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.395	1.3	98	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	94	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.379	5.3	88	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.400	0.0	94	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.413	-3.2	99	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.376	6.0	92	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.372	7.0	91	0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	97	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.362	9.5	98	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.409	-2.2	91	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.383	4.3	92	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.394	1.5	93	0.01
18		Fluorene	0.400	0.391	2.3	93	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	92	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.400	0.0	96	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.411	-2.7	96	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.421	-5.2	92	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.391	2.3	92	0.00
24		Anthracene	0.400	0.361	9.8	90	0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.398	0.5	93	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.396	1.0	93	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	95	0.01
28		Pyrene	0.400	0.387	3.3	93	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.390	2.5	93	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.385	3.8	100	0.00
31		Chrysene	0.400	0.394	1.5	91	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.333	16.8	92	0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.390	2.5	90	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	94	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.384	4.0	91	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.403	-0.8	98	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.387	3.3	91	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.376	6.0	91	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.391	2.3	92	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE061919\
Data File : BE100085.D
Acq On : 19 Jun 2019 16:14
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 20 14:43:11 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 19 15:07:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0