Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE062018\
Data File : BE096834.D
Acq On : 20 Jun 2018 15:30
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE062018

Quant Time: Jun 20 16:08:14 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 20 15:45:14 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	103	0.00
2		1,4-Dioxane	0.599	0.574	4.2	94	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.635	0.553	12.9	93	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.894	0.766	14.3	95	0.00
5	S	Phenol-d6	1.334	1.153	13.6	96	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.462	1.267	13.3	92	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	105	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.242	0.210	13.2	97	0.00
9		Naphthalene	3.630	3.163	12.9	92	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.151	0.135	10.6	94	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.576	0.491	14.8	89	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.602	0.512	15.0	90	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	102	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.095	0.079	16.8	99	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.464	1.303	11.0	90	0.00
16		Acenaphthylene	1.734	1.488	14.2	90	0.00
17		Acenaphthene	1.147	0.988	13.9	87	0.00
18		Fluorene	1.348	1.167	13.4	91	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	109	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.180	0.150	16.7	92	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.206	0.173	16.0	89	0.00
22		Pentachlorophenol	0.038	0.031	18.4	115	0.00
23		Phenanthrene	0.983	0.828	15.8	93	0.00
24		Anthracene	0.815	0.685	16.0	97	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	3.521	2.976	15.5	97	0.00
26		Fluoranthene	0.994	0.871	12.4	95	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	110	0.00
28		Pyrene	1.157	1.064	8.0	103	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.772	0.697	9.7	101	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.886	0.793	10.5	108	0.00
31		Chrysene	1.095	0.951	13.2	97	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.794	0.776	2.3	120	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.814	0.714	12.3	104	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	116	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.092	0.896	17.9	101	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.233	1.021	17.2	103	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.867	0.754	13.0	107	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.889	0.721	18.9	103	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.969	0.799	17.5	103	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE062018\
Data File : BE096834.D
Acq On : 20 Jun 2018 15:30
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE062018

Quant Time: Jun 20 16:08:14 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 20 15:45:14 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0