Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE062019\
Data File : BE100113.D
Acq On : 20 Jun 2019 18:50
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 21 02:07:15 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 19 15:07:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.406	-1.5	102	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.435	-8.7	124	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.397	0.8	93	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.385	3.8	85	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.376	6.0	89	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	88	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.367	8.3	80	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.410	-2.5	90	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.403	-0.8	91	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.425	-6.2	97	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.428	-7.0	98	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	110	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.450	-12.5	139	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.392	2.0	100	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.397	0.8	108	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.402	-0.5	108	0.00
18		Fluorene	0.400	0.429	-7.2	116	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	120	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.404	-1.0	125	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.381	4.8	115	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.532	-33.0#	192	-0.03
23		Phenanthrene	0.400	0.385	3.8	117	0.00
24		Anthracene	0.400	0.394	1.5	127	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.406	-1.5	123	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.403	-0.8	122	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	123	0.00
28		Pyrene	0.400	0.418	-4.5	130	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.412	-3.0	126	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.422	-5.5	141	0.00
31		Chrysene	0.400	0.410	-2.5	122	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.518	-29.5#	184	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.419	-4.7	124	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	127	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.381	4.8	122	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.371	7.3	122	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.402	-0.5	127	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.392	2.0	128	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.387	3.3	124	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE062019\
Data File : BE100113.D
Acq On : 20 Jun 2019 18:50
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 21 02:07:15 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 19 15:07:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0