Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE062119\
Data File : BE100141.D
Acq On : 21 Jun 2019 18:04
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 22 02:03:54 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 19 15:07:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	91	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.409	-2.2	106	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.544	-36.0#	278	-0.03
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.573	-43.2#	138	-0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.548	-37.0#	124	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.413	-3.2	102	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	107	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.388	3.0	104	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.399	0.3	108	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.346	13.5	96	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.432	-8.0	121	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.447	-11.7	125	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	143	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.331	17.3	133	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.373	6.8	123	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.392	2.0	139	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.395	1.3	138	0.00
18		Fluorene	0.400	0.414	-3.5	145	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	142	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.408	-2.0	151	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.396	1.0	142	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.383	4.3	111	-0.04
23		Phenanthrene	0.400	0.396	1.0	143	0.00
24		Anthracene	0.400	0.392	2.0	150	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.381	4.8	137	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.380	5.0	137	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	111	0.00
28		Pyrene	0.400	0.502	-25.5#	141	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.456	-14.0	127	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.377	5.8	114	0.00
31		Chrysene	0.400	0.402	-0.5	108	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.612	-53.0#	197	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.287	28.3#	77	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	106	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.345	13.8	92	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.357	10.8	98	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.368	8.0	98	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.225	43.8#	62	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.351	12.3	94	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE062119\
Data File : BE100141.D
Acq On : 21 Jun 2019 18:04
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 22 02:03:54 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE061919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 19 15:07:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0