Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070319\
Data File : BE100323.D
Acq On : 3 Jul 2019 11:46
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 05 01:34:27 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 14:06:53 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	73	0.00
2		1,4-Dioxane	0.621	0.726	-16.9	83	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.289	0.337	-16.6	104	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.020	0.473	53.6#	34#	0.00
5	S	Phenol-d6	1.342	1.194	11.0	65	0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.102	1.035	6.1	62	0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	72	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.397	0.332	16.4	62	0.01
9		Naphthalene	4.411	4.716	-6.9	76	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.425	0.544	-28.0#	90	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.752	0.820	-9.0	78	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.774	0.777	-0.4	76	0.02
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	82	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.280	0.065	76.8#	19#	0.08
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.559	1.612	-3.4	82	0.02
16		Acenaphthylene	1.920	2.032	-5.8	84	0.00
17		Acenaphthene	1.088	1.197	-10.0	85	0.00
18		Fluorene	1.609	1.740	-8.1	86	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	81	0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.255	0.286	-12.2	87	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.265	0.298	-12.5	87	0.00
22		Pentachlorophenol	0.080	0.000	100.0#	1#	0.00
23		Phenanthrene	0.969	0.997	-2.9	83	0.00
24		Anthracene	0.873	0.816	6.5	77	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.805	6.381	-9.9	88	0.00
26		Fluoranthene	1.544	1.701	-10.2	87	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	71	0.01
28		Pyrene	1.059	1.363	-28.7#	90	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.829	1.123	-35.5#	96	0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.315	1.243	5.5	66	0.01
31		Chrysene	1.321	1.309	0.9	69	0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.255	2.399	-6.4	78	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.747	1.585	9.3	60	0.02
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	68	0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.084	0.919	15.2	57	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.211	1.255	-3.6	68	0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.087	1.104	-1.6	67	0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.135	0.977	13.9	58	0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.166	1.210	-3.8	68	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070319\
Data File : BE100323.D
Acq On : 3 Jul 2019 11:46
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 05 01:34:27 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 14:06:53 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0