Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070319\
Data File : BE100350.D
Acq On : 4 Jul 2019 4:14
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 05 01:42:16 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 14:06:53 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	116	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.348	13.0	98	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.478	-19.5	168	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.403	-0.8	116	-0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.401	-0.3	117	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.369	7.8	97	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	107	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.422	-5.5	114	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.428	-7.0	112	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.511	-27.7#	132	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.440	-10.0	115	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.394	1.5	110	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	103	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.447	-11.7	117	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.447	-11.7	111	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.449	-12.2	111	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.441	-10.2	107	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.432	-8.0	107	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	97	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.446	-11.5	103	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.467	-16.8	108	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.412	-3.0	111	-0.03
23		Phenanthrene	0.400	0.428	-7.0	103	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.430	-7.5	105	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.414	-3.5	99	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.429	-7.2	101	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	81	0.00
28		Pyrene	0.400	0.518	-29.5#	103	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.508	-27.0#	102	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.426	-6.5	84	0.01
31		Chrysene	0.400	0.431	-7.7	85	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.527	-31.8#	100	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.396	1.0	74	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	73	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.442	-10.5	79	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.424	-6.0	74	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.428	-7.0	75	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.419	-4.7	76	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.443	-10.7	77	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070319\
Data File : BE100350.D
Acq On : 4 Jul 2019 4:14
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 05 01:42:16 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 14:06:53 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0