Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE071318\
Data File : BE096918.D
Acq On : 14 Jul 2018 00:42
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 16 01:03:34 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 13 17:02:57 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	90	0.00
2		1,4-Dioxane	0.599	0.585	2.3	84	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.635	0.658	-3.6	96	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.894	1.100	-23.0	119	0.00
5	S	Phenol-d6	1.334	1.671	-25.3#	122	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.462	1.465	-0.2	93	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	102	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.242	0.295	-21.9	133	0.00
9		Naphthalene	3.630	3.514	3.2	99	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.151	0.140	7.3	95	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.576	0.590	-2.4	104	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.602	0.609	-1.2	104	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	100	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.095	0.114	-20.0	141	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.464	1.459	0.3	98	0.00
16		Acenaphthylene	1.734	1.808	-4.3	107	0.00
17		Acenaphthene	1.147	1.143	0.3	98	0.00
18		Fluorene	1.348	1.279	5.1	97	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	88	0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.180	0.187	-3.9	93	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.206	0.209	-1.5	87	0.00
22		Pentachlorophenol	0.038	0.048	-26.3#	144	0.00
23		Phenanthrene	0.983	0.963	2.0	87	0.00
24		Anthracene	0.815	0.835	-2.5	95	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	3.521	3.572	-1.4	94	0.00
26		Fluoranthene	0.994	1.026	-3.2	90	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	98	0.00
28		Pyrene	1.157	1.164	-0.6	100	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.772	0.737	4.5	95	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.886	0.956	-7.9	116	-0.01
31		Chrysene	1.095	1.001	8.6	91	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.794	1.262	-58.9#	174#	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.814	1.011	-24.2	132	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	133	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.092	0.867	20.6	111	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.233	1.001	18.8	115	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.867	0.811	6.5	132	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.889	0.777	12.6	127	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.969	0.825	14.9	121	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE071318\
Data File : BE096918.D
Acq On : 14 Jul 2018 00:42
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 16 01:03:34 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 13 17:02:57 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0