Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE071318\
Data File : BE096932.D
Acq On : 14 Jul 2018 9:22
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 16 00:42:35 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 13 17:02:57 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	99	0.00
2		1,4-Dioxane	0.599	0.574	4.2	91	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.635	0.644	-1.4	104	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.894	0.982	-9.8	117	0.00
5	S	Phenol-d6	1.334	1.490	-11.7	120	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.462	1.418	3.0	99	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	109	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.242	0.285	-17.8	138	0.00
9		Naphthalene	3.630	3.542	2.4	108	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.151	0.142	6.0	104	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.576	0.578	-0.3	110	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.602	0.605	-0.5	111	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	106	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.095	0.113	-18.9	148	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.464	1.510	-3.1	107	0.00
16		Acenaphthylene	1.734	1.832	-5.7	114	0.00
17		Acenaphthene	1.147	1.175	-2.4	107	0.00
18		Fluorene	1.348	1.313	2.6	106	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	95	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.180	0.186	-3.3	98	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.206	0.215	-4.4	96	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.038	0.042	-10.5	135	0.00
23		Phenanthrene	0.983	0.979	0.4	95	0.00
24		Anthracene	0.815	0.840	-3.1	103	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	3.521	3.585	-1.8	101	0.00
26		Fluoranthene	0.994	1.034	-4.0	97	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	105	0.00
28		Pyrene	1.157	1.095	5.4	101	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.772	0.717	7.1	99	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.886	0.954	-7.7	123	-0.01
31		Chrysene	1.095	1.019	6.9	99	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.794	1.270	-59.9#	187#	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.814	1.050	-29.0#	146	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	146	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.092	0.865	20.8	122	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.233	1.035	16.1	131	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.867	0.830	4.3	148	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.889	0.807	9.2	145	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.969	0.832	14.1	135	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE071318\
Data File : BE096932.D
Acq On : 14 Jul 2018 9:22
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 16 00:42:35 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 13 17:02:57 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0