Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE071318\
Data File : BE096932.D
Acq On : 14 Jul 2018 9:22
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 16 00:42:35 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 13 17:02:57 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	99	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.383	4.3	91	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.406	-1.5	104	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.439	-9.7	117	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.447	-11.7	120	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.388	3.0	99	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	109	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.471	-17.7	138	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.390	2.5	108	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.376	6.0	104	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.402	-0.5	110	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.402	-0.5	111	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	106	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.487	-21.7	148	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.413	-3.2	107	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.422	-5.5	114	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.410	-2.5	107	0.00
18		Fluorene	0.400	0.390	2.5	106	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	95	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.412	-3.0	98	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.419	-4.7	96	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.520	-30.0#	135	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.398	0.5	95	0.00
24		Anthracene	0.400	0.413	-3.2	103	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.407	-1.7	101	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.416	-4.0	97	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	105	0.00
28		Pyrene	0.400	0.378	5.5	101	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.372	7.0	99	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.431	-7.7	123	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.372	7.0	99	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.640	-60.0#	187	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.516	-29.0#	146	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	146	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.317	20.8	122	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.354	11.5	131	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.383	4.3	148	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.385	3.8	145	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.344	14.0	135	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE071318\
Data File : BE096932.D
Acq On : 14 Jul 2018 9:22
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 16 00:42:35 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 13 17:02:57 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0