Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE071619\
Data File : BE100443.D
Acq On : 16 Jul 2019 14:42
Operator : HP/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE071619

Quant Time: Jul 16 15:18:07 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 16 14:03:26 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	107	0.00
2		1,4-Dioxane	0.592	0.604	-2.0	111	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.347	0.364	-4.9	128	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.761	0.753	1.1	110	0.00
5	S	Phenol-d6	1.125	1.132	-0.6	112	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.136	1.149	-1.1	109	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	108	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.221	0.224	-1.4	123	0.00
9		Naphthalene	3.897	3.834	1.6	109	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.189	0.187	1.1	111	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.605	0.572	5.5	108	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.651	0.629	3.4	112	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	113	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.090	0.086	4.4	121	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.792	1.714	4.4	109	0.00
16		Acenaphthylene	1.618	1.426	11.9	109	0.00
17		Acenaphthene	1.112	1.056	5.0	113	0.00
18		Fluorene	1.434	1.355	5.5	111	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	123	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.209	0.183	12.4	115	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.244	0.219	10.2	113	0.00
22		Pentachlorophenol	0.043	0.035	18.6	117	0.00
23		Phenanthrene	1.066	1.002	6.0	120	0.00
24		Anthracene	0.880	0.838	4.8	133	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	4.766	4.192	12.0	116	0.00
26		Fluoranthene	1.355	1.165	14.0	112	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	104	0.00
28		Pyrene	1.170	1.192	-1.9	113	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.980	0.992	-1.2	110	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.086	1.002	7.7	108	0.00
31		Chrysene	1.289	1.252	2.9	104	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.779	0.630	19.1	100	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.146	1.078	5.9	109	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	112	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.222	1.057	13.5	104	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.293	1.096	15.2	104	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.005	0.824	18.0	105	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.071	0.922	13.9	108	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.121	0.987	12.0	106	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE071619\
Data File : BE100443.D
Acq On : 16 Jul 2019 14:42
Operator : HP/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE071619

Quant Time: Jul 16 15:18:07 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 16 14:03:26 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0