Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE071719\
Data File : BE100449.D
Acq On : 17 Jul 2019 14:02
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 17 15:25:09 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 16 14:03:26 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	83	0.00
2		1,4-Dioxane	0.592	0.625	-5.6	89	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.347	0.342	1.4	94	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.761	0.933	-22.6	107	0.00
5	S	Phenol-d6	1.125	1.306	-16.1	101	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.136	1.174	-3.3	87	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	87	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.221	0.177	19.9	78	0.00
9		Naphthalene	3.897	3.808	2.3	87	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.189	0.181	4.2	86	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.605	0.625	-3.3	94	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.651	0.665	-2.2	94	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	107	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.090	0.098	-8.9	132	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.792	1.598	10.8	96	0.00
16		Acenaphthylene	1.618	1.748	-8.0	127	0.00
17		Acenaphthene	1.112	1.066	4.1	109	0.00
18		Fluorene	1.434	1.434	0.0	112	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	112	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.209	0.185	11.5	106	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.244	0.196	19.7	92	0.00
22		Pentachlorophenol	0.043	0.046	-7.0	138	0.00
23		Phenanthrene	1.066	0.963	9.7	104	0.00
24		Anthracene	0.880	0.884	-0.5	127	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	4.766	5.086	-6.7	127	0.00
26		Fluoranthene	1.355	1.338	1.3	117	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	110	0.00
28		Pyrene	1.170	1.252	-7.0	125	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.980	0.964	1.6	114	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.086	1.215	-11.9	139	0.00
31		Chrysene	1.289	1.222	5.2	108	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.779	2.081	-167.1#	351#	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.146	1.212	-5.8	130	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	128	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.222	1.094	10.5	123	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.293	1.153	10.8	124	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.005	1.065	-6.0	155#	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.071	0.932	13.0	124	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.121	0.966	13.8	118	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE071719\
Data File : BE100449.D
Acq On : 17 Jul 2019 14:02
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 17 15:25:09 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 16 14:03:26 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0