Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE071719\
Data File : BE100449.D
Acq On : 17 Jul 2019 14:02
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 17 15:25:09 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 16 14:03:26 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	83	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.408	-2.0	89	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.394	1.5	94	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.491	-22.7	107	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.465	-16.3	101	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.413	-3.2	87	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	87	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.321	19.8	78	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.391	2.3	87	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.384	4.0	86	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.413	-3.2	94	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.408	-2.0	94	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	107	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.434	-8.5	132	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.357	10.8	96	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.432	-8.0	127	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.384	4.0	109	0.00
18		Fluorene	0.400	0.400	0.0	112	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	112	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.355	11.3	106	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.322	19.5	92	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.499	-24.7	138	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.361	9.8	104	0.00
24		Anthracene	0.400	0.402	-0.5	127	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.427	-6.7	127	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.395	1.3	117	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	110	0.00
28		Pyrene	0.400	0.428	-7.0	125	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.393	1.8	114	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.448	-12.0	139	0.00
31		Chrysene	0.400	0.379	5.3	108	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	1.069	-167.2#	351	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.423	-5.7	130	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	128	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.358	10.5	123	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.357	10.8	124	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.424	-6.0	155	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.348	13.0	124	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.345	13.8	118	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE071719\
Data File : BE100449.D
Acq On : 17 Jul 2019 14:02
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 17 15:25:09 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 16 14:03:26 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0