Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE071918\
Data File : BE097014.D
Acq On : 19 Jul 2018 20:48
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 20 04:33:44 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 17 15:02:56 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	67	0.00
2		1,4-Dioxane	0.573	0.580	-1.2	70	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.644	0.698	-8.4	77	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.957	1.020	-6.6	81	0.00
5	S	Phenol-d6	1.460	1.464	-0.3	73	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.433	1.374	4.1	67	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	61	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.292	0.311	-6.5	70	0.00
9		Naphthalene	3.581	3.366	6.0	60	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.145	0.154	-6.2	68	0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.583	0.542	7.0	60	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.607	0.572	5.8	60	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	70	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.101	0.109	-7.9	93	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.488	1.309	12.0	63	0.00
16		Acenaphthylene	1.827	1.676	8.3	67	0.01
17		Acenaphthene	1.136	1.006	11.4	65	0.00
18		Fluorene	1.275	1.298	-1.8	76	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	85	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.189	0.179	5.3	85	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.210	0.197	6.2	83	0.00
22		Pentachlorophenol	0.034	0.044	-29.4#	123	0.00
23		Phenanthrene	0.958	0.899	6.2	84	0.00
24		Anthracene	0.834	0.785	5.9	86	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	3.480	3.760	-8.0	100	0.00
26		Fluoranthene	1.010	1.034	-2.4	93	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	106	0.00
28		Pyrene	1.181	1.035	12.4	96	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.772	0.715	7.4	103	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.952	0.924	2.9	112	0.00
31		Chrysene	1.068	0.998	6.6	101	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.951	0.939	1.3	120	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.778	0.977	-25.6#	149	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	121	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.021	0.877	14.1	112	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.214	1.016	16.3	105	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.913	0.772	15.4	113	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.746	0.882	-18.2	162#	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.830	0.904	-8.9	145	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE071918\
Data File : BE097014.D
Acq On : 19 Jul 2018 20:48
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 20 04:33:44 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 17 15:02:56 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0