Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE071918\
Data File : BE097014.D
Acq On : 19 Jul 2018 20:48
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 20 04:33:44 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 17 15:02:56 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	67	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.406	-1.5	70	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.434	-8.5	77	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.426	-6.5	81	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.401	-0.3	73	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.384	4.0	67	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	61	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.427	-6.7	70	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.376	6.0	60	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.427	-6.7	68	0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.372	7.0	60	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.377	5.8	60	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	70	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.484	-21.0	93	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.352	12.0	63	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.367	8.3	67	0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.354	11.5	65	0.00
18		Fluorene	0.400	0.407	-1.7	76	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	85	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.379	5.3	85	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.374	6.5	83	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.549	-37.3#	123	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.375	6.3	84	0.00
24		Anthracene	0.400	0.377	5.8	86	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.432	-8.0	100	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.409	-2.2	93	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	106	0.00
28		Pyrene	0.400	0.351	12.3	96	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.371	7.3	103	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.388	3.0	112	0.00
31		Chrysene	0.400	0.374	6.5	101	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.395	1.3	120	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.502	-25.5#	149	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	121	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.344	14.0	112	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.335	16.3	105	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.367	8.3	113	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.471	-17.7	162	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.436	-9.0	145	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE071918\
Data File : BE097014.D
Acq On : 19 Jul 2018 20:48
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 20 04:33:44 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 17 15:02:56 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0