Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE071919\
Data File : BE100469.D
Acq On : 19 Jul 2019 13:58
Operator : HP/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE071919

Quant Time: Jul 19 14:35:35 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 19 13:59:01 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	117	0.00
2		1,4-Dioxane	0.615	0.619	-0.7	105	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.355	0.337	5.1	114	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.995	0.952	4.3	110	0.00
5	S	Phenol-d6	1.398	1.319	5.7	112	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.211	1.206	0.4	117	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	117	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.323	0.323	0.0	127	0.00
9		Naphthalene	3.828	3.767	1.6	117	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.184	0.178	3.3	114	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.642	0.617	3.9	117	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.667	0.652	2.2	118	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	121	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.168	0.158	6.0	125	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.646	1.589	3.5	118	0.00
16		Acenaphthylene	1.838	1.731	5.8	118	0.00
17		Acenaphthene	1.118	1.097	1.9	121	0.00
18		Fluorene	1.487	1.420	4.5	119	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	119	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.185	0.174	5.9	117	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.192	0.183	4.7	118	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.078	0.064	17.9	126	0.00
23		Phenanthrene	0.990	0.940	5.1	120	0.00
24		Anthracene	0.925	0.887	4.1	123	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.602	5.142	8.2	113	0.00
26		Fluoranthene	1.470	1.339	8.9	112	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	99	0.00
28		Pyrene	1.176	1.199	-2.0	110	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.922	0.922	0.0	109	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.220	1.181	3.2	99	0.00
31		Chrysene	1.217	1.195	1.8	98	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.708	2.511	7.3	93	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.316	1.281	2.7	95	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	96	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.105	1.050	5.0	95	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.174	1.122	4.4	93	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.066	1.030	3.4	96	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.004	0.969	3.5	95	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.034	1.011	2.2	96	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE071919\
Data File : BE100469.D
Acq On : 19 Jul 2019 13:58
Operator : HP/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE071919

Quant Time: Jul 19 14:35:35 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 19 13:59:01 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0