Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE072018\
Data File : BE097028.D
Acq On : 20 Jul 2018 15:36
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 20 17:02:54 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 11:34:20 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	84	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.400	0.0	87	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.430	-7.5	96	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.408	-2.0	97	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.394	1.5	90	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.388	3.0	84	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	73	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.435	-8.7	86	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.398	0.5	76	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.449	-12.2	86	0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.387	3.3	75	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.389	2.8	75	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	86	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.481	-20.2	113	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.361	9.8	80	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.368	8.0	83	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.362	9.5	82	0.00
18		Fluorene	0.400	0.415	-3.7	95	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	100	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.393	1.8	104	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.395	1.3	102	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.553	-38.3#	145	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.391	2.3	102	0.00
24		Anthracene	0.400	0.384	4.0	103	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.438	-9.5	119	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.420	-5.0	112	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	124	0.00
28		Pyrene	0.400	0.348	13.0	112	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.372	7.0	122	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.380	5.0	129	0.00
31		Chrysene	0.400	0.396	1.0	126	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.346	13.5	124	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.493	-23.2	173	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	140	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.330	17.5	124	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.354	11.5	129	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.374	6.5	134	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.474	-18.5	189	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.433	-8.2	167	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE072018\
Data File : BE097028.D
Acq On : 20 Jul 2018 15:36
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 20 17:02:54 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 11:34:20 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0