Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE072318\
Data File : BE097046.D
Acq On : 23 Jul 2018 20:58
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 24 05:28:06 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 11:34:20 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	70	0.00
2		1,4-Dioxane	0.573	0.628	-9.6	79	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.644	0.724	-12.4	83	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.957	1.182	-23.5	98	0.00
5	S	Phenol-d6	1.460	1.730	-18.5	90	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.433	1.470	-2.6	74	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	64	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.292	0.351	-20.2	83	0.00
9		Naphthalene	3.581	3.556	0.7	67	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.145	0.157	-8.3	73	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.583	0.576	1.2	67	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.607	0.609	-0.3	68	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	76	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.101	0.140	-38.6#	129	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.488	1.353	9.1	71	0.00
16		Acenaphthylene	1.827	1.791	2.0	78	0.00
17		Acenaphthene	1.136	1.066	6.2	75	0.00
18		Fluorene	1.275	1.373	-7.7	87	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	90	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.189	0.190	-0.5	96	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.210	0.203	3.3	90	0.00
22		Pentachlorophenol	0.034	0.070	-105.9#	206#	0.00
23		Phenanthrene	0.958	0.945	1.4	93	0.00
24		Anthracene	0.834	0.836	-0.2	97	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	3.480	3.988	-14.6	112	0.00
26		Fluoranthene	1.010	1.068	-5.7	102	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	110	0.00
28		Pyrene	1.181	1.110	6.0	107	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.772	0.759	1.7	113	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.952	0.972	-2.1	123	0.00
31		Chrysene	1.068	1.062	0.6	112	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.951	1.374	-44.5#	183#	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.778	1.063	-36.6#	168#	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	125	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.021	0.971	4.9	128	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.214	1.068	12.0	115	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.913	0.896	1.9	136	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.746	0.949	-27.2#	180#	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.830	0.979	-18.0	163#	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE072318\
Data File : BE097046.D
Acq On : 23 Jul 2018 20:58
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 24 05:28:06 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 11:34:20 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0