Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE072318\
Data File : BE097048.D
Acq On : 23 Jul 2018 22:51
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 24 05:43:11 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 11:34:20 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	70	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.466	-16.5	85	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.455	-13.7	85	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.487	-21.7	97	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.464	-16.0	89	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.403	-0.8	74	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	64	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.472	-18.0	81	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.403	-0.8	67	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.447	-11.7	75	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.395	1.3	66	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.395	1.3	66	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	75	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.578	-44.5#	122	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.365	8.8	70	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.379	5.3	74	0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.366	8.5	71	0.00
18		Fluorene	0.400	0.420	-5.0	83	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	88	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.389	2.8	90	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.380	5.0	86	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.750	-87.5#	190	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.401	-0.3	92	0.00
24		Anthracene	0.400	0.400	0.0	94	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.454	-13.5	108	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.424	-6.0	99	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	106	0.00
28		Pyrene	0.400	0.376	6.0	103	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.398	0.5	111	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.411	-2.7	119	0.00
31		Chrysene	0.400	0.404	-1.0	110	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.524	-31.0#	160	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.549	-37.3#	163	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	123	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.357	10.8	118	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.352	12.0	113	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.404	-1.0	131	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.489	-22.2	173	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.471	-17.7	160	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE072318\
Data File : BE097048.D
Acq On : 23 Jul 2018 22:51
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 24 05:43:11 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 11:34:20 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0